

BOLNIŠNICA GOLNIK – KOPA
GOLNIK 36, 4204 GOLNIK
Davčna številka: SI66719585
Tel. 04 25 69 444, Fax. 04 25 69 473
www.klinika-golnik.si

Številka: 11 MV-2010-RESPIRATOR
Datum: 5.7.2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za izvedbo javnega naročila po postopku male vrednosti za
nakup respiratorja za intenzivno terapijo

Na podlagi Zakona o javnem naročanju, ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12.3.2010) in Sklepa o začetku oddaje javnega naročila z dne 15.4.2010, vas vabimo k oddaji ponudbe za dobavo

» respirator za intenzivno terapijo «

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša brez davka na dodano vrednost 35.000,00 EUR.

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je nakup mobilnega respiratorja za intenzivno terapijo, aparat je pritrjen na mobilni voziček z dvema predalom, a, odlagalno poličko, izvlečno poličko, dvema tirnicama 25 x 10 mm za dodatno opremo na obeh straneh respiratorja, dvema ročicama za prevoz vozička, nosilno roko za respiratorne cevi za pacienta, nosilca za LCD monitor.

2. Popolna ponudba

Ponudba se bo štela za popolno, če bo vsebovala:

- a) Izpolnjen in podpisan obrazec ponudba (**Obr. A**)
- b) Izpolnjen in podpisan obrazec predračun (**Obr. B**)
- c) Izpolnjena in podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev (**Obr. C**)
- d) Izpolnjena in podpisana kupoprodajna pogodba (**Priloga št. 1**)

Ostali pogoji:

- a) Predračun mora biti veljaven ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
- b) Cene navedene v ponudbenem predračunu so fiksne za ves čas trajanja pogodbe.
- c) Cene v predračunu morajo vključevati dostavo do lokacije naročnika, vse ostale stroške, davke, prispevke in popuste.
- d) Rok veljavnosti ponudbe je vsaj 30 dni.
- e) Rok dobave je največ 60 dni od dneva podpisa pogodbe.

3. Tehnične zahteve

Tehnične zahteve naročnika, ki jih mora izpolnjevati predmet javnega naročila:

Mobilni respirator za intenzivno terapijo, pritrjen na mobilni voziček z dvema predaloma, odlagalno poličko, izvlečno poličko, dve tirnici 25x10mm za dodatno opremo na obeh straneh respiratorja, dve ročici za prevoz vozička, nosilna roka za respiratorne cevi za pacienta, nosilec za LCD touch screen barvni monitor diagonale min 30 cm. Monitor mora imeti možnost touch screen direktnega izbiranja funkcij ter možnost hitrega nastavljanja pomenbnih parametrov preko direktnih vrtljivih gumbov. Grafični in numerični prikaz dihalnih spremenljivk, trendov, krivulij ter zank (Volumen/Pritisk, Pretok/Volumen) Respirator mora imeti integriran UZ razpršilec s posodico cca 60ml, T-kosom ter z adapterjem za različne dimenzije cevi za paciente (22,15,10mm). Respirator mora imeti vgrajen CO2 modul za merjenje CO2 v izdihanem zraku. Respirator mora imeti vgrajen NAVA modul za omogočanje ventilacije na osnovi živčnega signala pridobljenega preko hranilne nazogastrične sonde locirane ob diafragmi

Respirator mora podpirati naslednje vrste ventilacij:

- volumsko kontrolirana ventilacija (VC)
- tlačno kontrolirana ventilacija (PC)
- tlačna podpora (PS) + Back up ventilacija
- volumska podpora (VS) + Back up ventilacija
- SIMV (PRVC)+PS
- SIMV (VC)+PC
- spontana in CPAP ventilacija,
- kompenzacija umetne dihalne poti,
- tlačni in pretočni sprožilec vdih,
- samodejni preklop na tlačno ali volumsko kontrolirano ventilacijo ob morebitnem zastoju ventilacije
- neinvazivna ventilacija (maska, skafander),
- ventilacija na dveh nivojih (BiVent)
- NAVA ventilacija na osnovi živčnega signala pridobljenega preko hranilne nazogastrične sonde locirane ob diafragmi,

Možnosti respiratorja:

- Možnost priklopa aparata za dodajanje in odmerjanje NO
- Možnost vlaženja s HME vlažilcem ali klasičnim vlažilcem
- Enostavno rokovanje in hitra priprava respiratorja med dvema bolnikoma
- Enostavno in hitro čiščenje ekspiratorne kasete
- Delovanje na električno omrežje ter preko lastnega vira-baterija, minimalno 60 minut
- Možnost nadgradnje sistema z novimi programi in moduli kot naprimer: Avtomode, Y senzor monitoring, Open Lung Tool (OLT), dodatne baterije za cca 120min

Ponudba mora zajemati:

- Respirator na mobilnem vozičku z dvema predaloma, ekranom na dotik, roko za respiratorne cevi za pacienta,
- Vse zgoraj navedene programske ventilacije
- UZ razpršilec
- CO2 analizator
- NAVA modul
- začetni set EDI katetrov za NAVA ventilacijo

4. Način in merilo izbora ponudnika in sklenitev pogodbe

Naročnik bo ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev naročnika, izločil.

Naročnik bo izbral najustreznejšega ponudnika ob izpolnjevanju pogojev navedenih v 2. (Popolna ponudba) in 3. točki (Tehnične zahteve) ter na podlagi ponujene cene. Ponudbena vrednost mora vključevati DDV.

Merilo za izbor najustreznejšega ponudnika je izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika ter cena. Ob izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev naročnika bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno z vključenim DDV.

Predpogoj za ocenjevanje ponudbe ponudbenika je, da ponujeno blago izpolnjuje tehnične zahteve naročnika.

V kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako najugodnejšo ceno bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil najkrajši dobavni rok. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

5. Način in rok oddaje ponudbe

Ponudbe z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici osebno (ga. Darja Brus – tajništvo namestnika direktorja) ali po pošti na naslov:
BOLNIŠNICA GOLNIK – KOPA
Golnik 36, 4204 Golnik

V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti vidna oznaka **NE ODPIRAJ – PONUDBA, JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – Naziv in številka naročila: 11MV/2010-RESPIRATOR**

Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja, njegova telefonska številka in elektronski naslov.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do **6.8.2010 najkasneje do 10.00 ure**.
Odpiranje ponudb bo **9.8.2010 ob 13. uri** v sejni sobi na upravi!

Vse ponudbe, ki bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure ali iz ovojnice ne bo razvidno za katero naročilo gre, ne bodo upravičene do kandidiranja na javnem naročilu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte.

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni del pa mora biti prikazan v evrih.

6. Pojasnila in vprašanja

Ponudniki lahko postavljajo elektronska vprašanja v zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti na naslovu <http://www.enarocanje.si>.

Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila, vprašanja v zvezi s pripravo ponudbe, in sicer najkasneje do 30.7.2010. Naročnik bo v roku 3 dni vsem potencialnim ponudnikom, posredoval pisni odgovor. Na prepozno prejeta zaprosila za pojasnila naročnik ne bo odgovarjal.

7. Dopolnitve in spremembe javnega naročila male vrednosti

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

8. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo **9.8.2010 ob 13. uri** na naslovu Bolnišnica Golnik – KOPA, sejna soba na upravi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

9. Obvestilo o oddaji

Obvestilo o oddaji javnega naročila bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 10 dni od roka za oddajo ponudbe.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo lahko vložijo v skladu z Zakonom o reviziji postopkov vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in, ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vložijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če Zakon o javnem naročanju (ZJN -2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10) in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB, Uradni list RS, št. 94/07) ne

določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od objave odločitve na naročnikovi spletni strani in na portalu javnih naročil.

Po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, vlagatelj ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja, kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in odločitev o oddaji naročila, če je bila poslana ponudnikom, kršitve dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo in obvezno priložiti potrdilo o vplačilu takse v višini 700,00 €, na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-00000010.

S spoštovanjem,

Roman Potočnik
Vodja nabave in javnih naročil

Priloge:

1. Ponudba **Obr. A**
2. Predračun **Obr. B**
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev **Obr. C**
5. Vzorec kupoprodajne pogodbe **Priloga št. 1**

Obr. A

BOLNIŠNICA GOLNIK – KOPA
GOLNIK 36, 4204 GOLNIK
Davčna številka: SI66719585
Tel. 04 25 69 444, Fax. 04 25 69 473
Številka razpisa: 11MV/ 2010-RESPIRATOR

P O N U D B A št.:

Podatki o ponudniku:

Naziv:
Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:
Matična številka:

Številke TRR:
Odprtih pri banki:

Kontaktna oseba:
Mobilni telefon:
Številka telefona:
Številka telefaksa:
Elektronski naslov:

1. Ponudbena cena

	EUR brez DDV
	stopnja DDV
SKUPAJ:	EUR z DDV
POPUST:	%

-Oblikovanje ponudbene cene

Izjavljamo, da so v strukturi cene upoštevani vsi stroški za izvedbo javnega naročila.

-Veljavnost ponudbe

Ponudba velja za celotno naročilo.
Ponudba velja do 9.10.2010

-Ostalo

Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Žig in podpis ponudnika

Kraj in datum:

BOLNIŠNICA GOLNIK – KOPA
GOLNIK 36, 4204 GOLNIK
Davčna številka: SI66719585
Tel. 04 25 69 444, Fax. 04 25 69 473
Številka razpisa: 11MV/ 2010-RESPIRATOR

PONUĐNIK:

P R E D R A Č U N št.:

Datum izdaje:

Kraj izdaje:

Javno naročilo male vrednosti za nakup respiratorja za intenzivni oddelek.

Opis ponujenega aparata	Količina	Cena/EM	Znesek z DDV
	1 kpl		
		Brez DDV	
		DDV	
		Skupaj	
		Popust	
		Za plačilo	

Cene so končne in v njih so všteti vsi stroški uvoza in distribucije.

Dobavni rok: dni

Plačilni pogoji: dni.

Veljavnost ponudbe do:

Žig in podpis ponudnika

Opomba:

-ponudnik obvezno predloži tudi podrobno specificiran predračun iz katerega bo razvidno poreklo

opreme, tip opreme, proizvajalec opreme, karakteristike opreme

- priloži tudi prospektni material!

Obr.

C
BOLNIŠNICA GOLNIK – KOPA
GOLNIK 36, 4204 GOLNIK
Davčna številka: SI66719585
Tel. 04 25 69 444, Fax. 04 25 69 473
Številka razpisa: 11MV/ 2010-RESPIRATOR

Ponudnik (firma):

I Z J A V A
o izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za sodelovanje:

Z.št.	Pogoji	Izpolnjujemo Vpišite (Da oz. Ne)
1	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.	
2	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.	
3	Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. In 2. odstavku 42. člena ZJN-2.	
4	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. In 3. Odstavka 28. Člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).	
5	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.	
6	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. Člen ZJN-2).	
7	Skladno z zahtevami naročnika smo tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno naročilo.	
8	V ponudbi smo predložili resnična in ne-zavajajoča dokazila in nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.	
9	Ni nam bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).	

Navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih naročnik preveri iz uradnih evidenc, podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, pa bomo na naročnikovo zahtevo dokazali s predložitvijo ustreznih originalnih dokazil.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo, če je predložena in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.

Do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

V _____, dne _____

Žig in podpis ponudnika:

Številka razpisa: 10MV- 2010

KUPOPRODAJNA POGODBA - vzorec

ki sta jo sklenila:

Bolnišnica Golnik – KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik, ki jo zastopa direktor prof. Mitja Košnik, dr.med., davčna številka SI66719585, kot naročnik

in

_____, ki ga zastopa _____
davčna številka _____, kot prodajalec

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

- a. je naročnik na podlagi 30.a člena ZJN-2B izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti za nakup _____ (v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),
- b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta pogodbe.

2. člen

Prodajalec proda, naročnik pa kupi predmet pogodbe po ponudbi št. _____ z dne _____ in predračunu št. _____ z dne _____.

Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, številka razpisa _____ -2010, z dne _____ .2010.

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbeni cena za predmet pogodbe _____ EUR. Tako dogovorjena pogodbeni cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca.

4. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec naročniku dobavil predmet pogodbe najkasneje do _____ 2010. V primeru, da se prodajalec ne drži dogovorjenega roka, ima naročnik pravico do pogodbene kazni v višini enega promila pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, upravičen pa je tudi do povračila škode, ki bi jo utrpel zaradi neizpolnitve dobave.

Prodajalec bo naročniku izročil tudi vse potrebne in potrjene garancije. Šteje se, da je predmet pogodbe prevzet, ko pogodbeni stranki opravita uspešno primopredajo in ko prejme tudi vso potrebno tehnično dokumentacijo.

5. člen

Po uspešnem prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga naročnik poravnava v 30-ih dneh.

6. člen

Prodajalec odgovarja naročniku za vse stvarne napake na predmetu pogodbe, ki je predmet te pogodbe.

Naročnik v garancijskem roku lahko vsak čas zahteva odpravo napake, ki jo je prodajalec dolžan odpraviti. Očitne stvarne napake ali poškodbe na predmetu pogodbe mora naročnik sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu oz. ko jih je ugotovil, za kar se sestavi poseben zapisnik. Morebitne skrite napake je naročnik dolžan sporočiti prodajalcu najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko jih ugotovi na način, kot je določen v Obligacijskem zakoniku. Medsebojna razmerja glede uveljavljanja jamstva za stvarne in pravne napake in druga medsebojna razmerja urejata pogodbeni stranki v skladu z Obligacijskim zakonikom.

7. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Simona Gabrič, s strani prodajalca pa
Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

8. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.

9. člen

Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 2 izvoda. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:

Datum:

Prodajalec:

Kupec:

STROKOVNE ZAHTEVE

Tehnične zahteve naročnika, ki jih mora izpolnjevati predmet javnega naročila:

Mobilni respirator za intenzivno terapijo, pritrjen na mobilni voziček z dvema predaloma, odlagalno poličko, izvlečno poličko, dve tirnici 25x10mm za dodatno opremo na obeh straneh respiratorja, dve ročici za prevoz vozička, nosilna roka za respiratorne cevi za pacienta, nosilec za LCD touch screen barvni monitor diagonale min 30 cm. Monitor mora imeti možnost touch screen direktnega izbiranja funkcij ter možnost hitrega nastavljanja pomenbnih parametrov preko direktnih vrtljivih gumbov. Grafični in numerični prikaz dihalnih spremenljivk, trendov, krivulij ter zank (Volumen/Pritisk, Pretok/Volumen) Respirator mora imeti integriran UZ razpršilec s posodico cca 60ml, T-kosom ter z adapterjem za različne dimenzije cevi za paciente (22,15,10mm). Respirator mora imeti vgrajen CO2 modul za merjenje CO2 v izdihanem zraku. Respirator mora imeti vgrajen NAVA modul za omogočanje ventilacije na osnovi živčnega signala pridobljenega preko hranilne nazogastrične sonde locirane ob diafragmi

Respirator mora podpirati naslednje vrste ventilacij:

- volumsko kontrolirana ventilacija (VC)
- tlačno kontrolirana ventilacija (PC)
- tlačna podpora (PS) + Back up ventilacija
- volumska podpora (VS) + Back up ventilacija
- SIMV (PRVC)+PS
- SIMV (VC)+PC
- spontana in CPAP ventilacija,
- kompenzacija umetne dihalne poti,
- tlačni in pretočni sprožilec vdih,
- samodejni preklop na tlačno ali volumsko kontrolirano ventilacijo ob morebitnem zastoju ventilacije
- neinvazivna ventilacija (maska, skafander),
- ventilacija na dveh nivojih (BiVent)
- NAVA ventilacija na osnovi živčnega signala pridobljenega preko hranilne nazogastrične sonde locirane ob diafragmi,

Možnosti respiratorja:

- Možnost priklopa aparata za dodajanje in odmerjanje NO
- Možnost vlaženja s HME vlažilcem ali klasičnim vlažilcem
- Enostavno rokovanje in hitra priprava respiratorja med dvema bolnikoma
- Enostavno in hitro čiščenje ekspiratorne kasete
- Delovanje na električno omrežje ter preko lastnega vira-baterija, minimalno 60 minut
- Možnost nadgradnje sistema z novimi programi in moduli kot naprimer: Avtomode, Y senzor monitoring, Open Lung Tool (OLT), dodatne baterije za cca 120min

Ponudba mora zajemati:

- Respirator na mobilnem vozičku z dvema predaloma, ekranom na dotik, roko za respiratorne cevi za pacienta,
- Vse zgoraj navedene programske ventilacije
- UZ razpršilec
- CO2 analizator
- NAVA modul
- začetni set EDI katetrov za NAVA ventilacijo